

Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и метрологии»  
(ООО «ЦСМ»)  
630008, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 47  
ИНН/КПП 5405499348/54050100 ОГРН 1145476090902  
тел. (383)363-38-63

Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № RA.RU.311470

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 30691**

Действительно до  
26 сентября 2022 г.

Средство измерений: "Расходомер электромагнитный, Питерфлоу РС 50-72-А"

Наименование, тип, модификация,

№ в госреестре 46814-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (если такой регистрационный номер имеется)

отсутствует

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

Заводской номер 19146

поверено: в диапазоне приведенном в описании типа СИ

используемые величины, диапазоны, на которых поверено средство измерений  
(если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с МП 2552-0160-2011, «Расходомеры электромагнитные  
«Питерфлоу РС». Методика поверки».

наименование и номер документа (методики поверки)

с применением: рабочий эталон объемного расхода воды 2 разряда с диапазоном  
0,02...180 м<sup>3</sup>/ч, Частотомер электронно-счетный ЧЗ-54 № 206875.

Свидетельство об аттестации 3.2.ГШН.0001.2016

Регистрационный (номер при наличии)

при следующих значениях влияющих факторов температура окружающего воздуха 20,8 °С,  
относительная влажность воздуха 46,6 %, атмосферное давление 100,0 кПа.

и на основании результатов периодической поверки признано соответствующим установленным в  
описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению

Поверительное клеймо



Главный метролог

Должность руководителя

подпись

К.А. Шакалов

инициалы, фамилия

Поверитель

подпись

А.Н. Матвеев

инициалы, фамилия

27 сентября 2018 г.

ООО «Центр сертификации и метрологии» аккредитован в области обеспечения единства измерений на право поверки средств измерений и зарегистрировано в Реестре под № RA.RU.311470. Шифр поверительного клейма «ГШН». Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011

0030691

Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и метрологии»  
(ООО «ЦСМ»)  
630008, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 47  
ИНН/КПП 5405499348/54050100 ОГРН 1145476090902  
тел. (383)363-38-63

Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № RA.RU.311470

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 30690**

Действительно до  
26 сентября 2022 г.

Средство измерений: "Расходомер электромагнитный, Питерфлоу РС 50-72-А"

Наименование, тип, модификация,

№ в госреестре 46814-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (если такой регистрационный номер имеется)

отсутствует

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

Заводской номер 19203

поверено: в диапазоне приведенном в описании типа СИ

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений  
(если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с МП 2552-0160-2011, «Расходомеры электромагнитные  
«Питерфлоу РС». Методика поверки».

наименование и номер документа (методики поверки)

с применением: рабочий эталон объемного расхода воды 2 разряда с диапазоном  
0,02...180 м<sup>3</sup>/ч. Частотомер электронно-счетный ЧЗ-54 № 206875.

Свидетельство об аттестации 3.2.ГШН.0001.2016

Регистрационный (номер при наличии)

при следующих значениях влияющих факторов температура окружающего воздуха 20,8 °С,  
относительная влажность воздуха 46,6 %, атмосферное давление 100,0 кПа.

и на основании результатов периодической поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению

Поверительное клеймо



Главный метролог

Должность руководителя

подпись

К.А. Шакалов

инициалы, фамилия

Поверитель

подпись

А.Н. Матвеев

инициалы, фамилия

27 сентября 2018 г.

ООО «Центр сертификации и метрологии» аккредитован в области обеспечения единства измерений на право поверки средств измерений и зарегистрировано в Реестре под № RA.RU.311470. Шифр поверительного клейма «ГШН». Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011

0030690

Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и метрологии»  
(ООО «ЦСМ»)  
630008, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 47  
ИНН/КПП 5405499348/54050100 ОГРН 1145476090902  
тел. (383)363-38-63

Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № RA.RU.311470

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 30688**

Действительно до  
26 сентября 2022 г.

Средство измерений: "Тепловычислитель, СПТ 943.1"

Наименование, тип, модификация,

№ в госреестре 28895-05

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (если такой регистрационный номер имеется)

отсутствует

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

Заводской номер 49541

поверено в соответствии с РАЖГ.421412.019 ПМ2 "Тепловычислители  
СПТ943 (мод.943.1, 943.2). Методика поверки

наименование и номер документа (методики поверки)

с применением: рабочего эталона единиц электрического тока в диапазоне значений  
от 0,025 до 20 мА, электрического сопротивления в диапазоне значений от 51,0 до 673,3 Ом  
и частоты в диапазоне значений от 0,305176 до 10000 Гц. Свидетельство об аттестации  
3.2.ГШН.0004.2016 Стенд поверочный СКС 6 № 867

Регистрационный (номер при наличии)

при следующих значениях влияющих факторов температура окружающего воздуха 20,8 °С,  
относительная влажность воздуха 46,6 %, атмосферное давление 100,0 кПа.

и на основании результатов периодической поверки признано соответствующим установленным в  
описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению

Поверительное клеймо



Главный метролог

Должность руководителя

подпись

К.А. Шакалов

инициалы, фамилия

Поверитель

подпись

К.А. Шакалов

инициалы, фамилия

27 сентября 2018 г.

ООО «Центр сертификации и метрологии» аккредитован в области обеспечения единства измерений на право поверки средств измерений и зарегистрировано в Реестре под № RA.RU.311470. Шифр поверительного клейма «ГШН». Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011

0030688

Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и метрологии»  
(ООО «ЦСМ»)  
630008, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 47  
ИНН/КПП 5405499348/54050100 ОГРН 1145476090902  
тел. (383)363-38-63

Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № RA.RU.311470

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 30693

Действительно до  
26 сентября 2022 г.

Средство измерений: "Комплект термометров сопротивления из платины  
технических разностный, КТПТР-01"

Наименование, тип, модификация

№ в госреестре 46156-10

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (если такой регистрационный номер имеется)

отсутствует

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

Заводской номер: 12106/12106А

поверено: в диапазоне приведенном в описании типа СИ

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений  
(если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с разделом 3 "Методики поверки" руководства по эксплуатации  
ЕМТК.07.0000.00РЭ

наименование и номер документа (методики поверки)

с применением: рабочий эталон единицы температуры 1-го разряда в диапазоне значений  
от 0 °С до 660 °С, Измеритель температуры МИТ 8.10М № 960,

Свидетельство об аттестации 3.2.ГШН.0028.2016

Термостат переливной прецизионный ТПП-1.0; ТПП-1.3 № 488; № 489.

Регистрационный (номер при наличии)

при следующих значениях влияющих факторов температура окружающего воздуха 20,8 °С,  
относительная влажность воздуха 46,6 %, атмосферное давление 100,0 кПа.

и на основании результатов периодической поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению

Поверительное клеймо



Главный метролог

Должность руководителя

К.А. Шакалов

инициалы, фамилия

Поверитель

К.А. Шакалов

инициалы, фамилия

27 сентября 2018 г.

ООО «Центр сертификации и метрологии» аккредитован в области обеспечения единства измерений на право поверки средств измерений и зарегистрировано в Реестре под № RA.RU.311470. Шифр поверительного клейма «ГШН». Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011

0030693

Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и метрологии»  
(ООО «ЦСМ»)

630008, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 47  
ИНН/КПП 5403499348/54050100 ОГРН 1145476090902  
тел. (383)363-38-63

Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № RA.RU.311470

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 30692**

Действительно до  
26 сентября 2022 г.

Средство измерений: "Расходомер электромагнитный, Питерфлоу РС 20-12-А"

Наименование, тип, модификация

№ в госреестре 46814-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (если такой регистрационный номер имеется)

отсутствует

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

Заводской номер 45752

поверено: в диапазоне приведенном в описании типа СИ

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений  
(если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с МП 2552-0160-2011, «Расходомеры электромагнитные  
«Питерфлоу РС». Методика поверки».

наименование и номер документа (методики поверки)

с применением: рабочий эталон объемного расхода воды 2 разряда с диапазоном  
0,02...180 м<sup>3</sup>/ч. Частотомер электронно-счетный ЧЗ-54 № 206875.

Свидетельство об аттестации 3.2.ГШН.0001.2016

Регистрационный (номер при наличии)

при следующих значениях влияющих факторов температура окружающего воздуха 20,8 °С,  
относительная влажность воздуха 46,6 %, атмосферное давление 100,0 кПа.

и на основании результатов периодической поверки признано соответствующим установленным в  
описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению

Поверительное клеймо



Главный метролог

Должность руководителя

подпись

К.А. Шакалов

инициалы, фамилия

Поверитель

подпись

А.Н. Матвеев

инициалы, фамилия

27 сентября 2018 г.

ООО «Центр сертификации и метрологии» аккредитован в области обеспечения единства измерений на право поверки средств измерений и зарегистрировано в Реестре под № RA.RU.311470. Шифр поверительного клейма «ГШН». Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011

0030692